※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への未承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

(物 品 用)

購入仕様書

履 行 場 所　　環境局環境監理部環境科学課

履 行 期 間　　契 約 締 結 日　か ら
平成２５年１月１１日　ま で

かし担保期間　　年　　月

品　　名　　下記内訳のとおり

内　　訳

品　名	規　格	単位	数量	備　考
水銀分析計	・還元気化方式であること。 ・環境基準値の 1/10 の濃度が定量できること。 ・光学系はダブルビーム方式であること。 ・吸収セル導入前に洗気（酸ﾐｽﾄ除去）すること。 ・検液量は 5mL であること。 ・測定時に塩化スズ（Ⅱ）溶液を分注できること。 ・測定結果をプリンターで打ち出せること。	式	1	（相当品） 日本インスツルメンツ株式会社製 RA-3210A ・本体（RA-3A） ・還元気化ﾕﾆｯﾄ(S-RD) ・試薬分注器（RD-3） ・専用ﾌﾟﾘﾝﾀｰ（DPU） ・その他，引渡し時に測定に必要な付属部品等

納入後，使用可能な状態にし，機器の取扱いについて取扱説明を行なうこと。
納入時に保証書及び取扱説明書を添付すること。
機器は納入後１年間の保証をすること。
備考に記載された機器以外で見積りをするときは，環境科学課に事前にﾒｰｶｰ名及び型名を連絡し，承認を得ること。

問い合わせ先
環境局環境科学課（福岡市保健環境研究所）
担当　大平
電話　092-831-0697